

COOHビーズへのリガンド (アミノ基を有する化合物) の固定化

スクリーニングにおいては、まずビーズへのリガンド固定化量の最適化が必要です。リガンド固定化量は、固定化反応時のリガンド濃度により変化させます。本実験プロトコールでは、COOHビーズへの固定化反応時のリガンド濃度を0, 0.1, 0.3, 1 mMの4段階で固定化する場合の方法を示します。

1. 準備するもの

1.1 ビーズ、リガンド (化合物)

- ・ COOHビーズ (TAS8848N1140) 10 mg (COOH量 : 約200 nmol/mg)
- ・ リガンド 2 mg程度

1.2 試薬

- ・ N,N'-ジメチルホルムアミド (DMF) 18 mL
- ・ N-ヒドロキシスクシンイミド (NHS) 分子量 115.09 100 mg
- ・ 1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩 (EDC・HCl) 分子量:191.70 100 mg
- ・ アミノエタノール 分子量 61.08 200 μ L ・ トリエチルアミン 分子量 101.19 1 μ L
- ・ メタノール (MeOH) 4mL

1.3 機器


- ・ 微量高速冷却遠心分離機 ・ マイクロチューブミキサー(TOMY社 MT-360など)
- ・ 超音波分散装置
超音波ホモジナイザー (カップホーン付) (多摩川精機TAB4905N10など)
超音波洗浄器 (多摩川精機TAB4905など)

2. 方法


2.1 概要

リガンド固定化の模式図を下記に示す。詳細方法は2.2項を参照下さい。

1) 活性エステル化



2) リガンド固定化



実験プロトコール 008

2.2 手順

2.2.1 活性エステル化

- 1) NHSをDMFへ溶解し、1 M NHS溶液 500 μ Lを調製する。
- 2) 1.5 mLマイクロチューブへCOOHビーズ (TAS8848N1140) を5 mgとる。この反応を2本行う。
(total 10 mg)
- 3) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 4) DMF 500 μ Lを添加し、ビーズを分散させる。
- 5) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 6) 4)~5)を更に2回繰り返す。(ビーズの洗浄を計3回行う)
- 7) 洗浄中に別の1.5 mLマイクロチューブへEDC \cdot HCl 38.4 mg (200 μ mol) を量り取る。
- 8) DMF洗浄後、DMFを 800 μ L添加し、ビーズを分散させる。
- 9) 作製しておいた1 M NHS溶液を 200 μ L加え、混合する。
- 10) 9)を7)のチューブへ全量移し、混合する。

COOHビーズ	5 mg
DMF	800 μ L
1 M NHS	200 μ L
EDC \cdot HCl	38.4 mg
合計	1000 μ L

- 11) マイクロチューブミキサーを使用し、室温にて2時間反応させる。
- 12) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 13) DMF 500 μ Lを添加し、ビーズを分散させる。
- 14) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 15) 13)~14)を更に4回繰り返す。(ビーズの洗浄を計5回行う)
- 16) DMF 100 μ Lに分散させる。(NHSビーズ濃度 : 2.5 mg/50 μ L)

2.2.2 リガンド固定化

- 1) リガンド (化合物) をDMFへ溶解し、1 mM リガンド溶液を1 mL作製する。
- 2) アミノエタノールをDMFへ溶解し、1 M アミノエタノール溶液を3 mL調製する。
- 3) NHSビーズを2.5 mg (50 μ L) ずつマイクロチューブ4本へ分注、遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 4) DMF 200 μ Lを加えて分散させ、遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 5) DMF、作製しておいたリガンド溶液を加え、ビーズを超音波にて分散させる。

固定化濃度	0	0.1	0.3	1	mM
NHSビーズ	2.5	2.5	2.5	2.5	mg
DMF	500	450	350	0	μ L
1mM リガンド	0	50	150	500	μ L
合計	500	500	500	500	μ L

注1) ビーズへ直接リガンド溶液を添加すると局所的に濃度が高くなる懸念があります。
従って、ビーズにDMFを添加した後にリガンド溶液を添加して下さい。

注2) リガンドが塩酸塩の場合は2倍モルのトリエチルアミンを添加してください。その際は、
リガンド溶液を2 mMとし、4 mMのトリエチルアミンを調製、等量混合し、添加すると
分かりやすいです。

- 6) マイクロチューブミキサーを使用し、室温で70分間反応させる。
- 7) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を回収する。(上清A)
- 8) 残ったビーズへ1 M アミノエタノールを500 μ Lずつ加え、超音波にて分散させる。
- 9) マイクロチューブミキサーを使用し、室温で2時間反応させる。
(リガンド未結合カルボキシル基のマスキング)

実験プロトコール 008

- 10) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を回収する。(上清B)
- 11) 50% MeOH 500 μ Lを添加し、ビーズを超音波にて分散させる。
- 12) 遠心分離 (15,000 rpm, r.t., 5 min) を行い、上清を廃棄する。
- 13) 11)~12)を更に2回繰り返す。(ビーズの洗浄を計3回行う)
- 14) 50% MeOH 100 μ Lに分散させ、4 $^{\circ}$ Cにて保存する。(リガンド固定化ビーズ濃度 : 0.5 mg/20 μ L)

3. 補足

・ビーズの分散は超音波分散装置で容易に分散できるが、それらが無い場合は、超音波洗浄器や試験管立てを使用したガリガリ法でも分散可能。(ガリガリ法では、チューブの蓋が開かないようにキャップロックを用いることが望ましい。)

(FGビーズのホームページ : <http://fgb.tamagawa-seiki.com/technique/affinity.html> に動画あり)



- ・DMFや50% MeOHに分散させたビーズは磁気分離には時間が掛かるので、遠心分離にて回収する。
- ・DMFはモレキュラーシーブで脱水させたもの、または低水分溶媒を使用する。水分が存在するとビーズからNHSが遊離してしまい、リガンドがうまく固定化されない場合がある。
- ・リガンド固定化ビーズの保存は、疎水的な化合物の固定化によるビーズの分散性低下を考慮し、50% MeOHとしているが超純水でも問題ない。
- ・上清A、B中のNHSをHPLCにて定量をすることで下記が調べることができる。
(方法は実験プロトコール201を参照下さい。)
 - A : リガンド固定化量 (リガンド固定化時に遊離したNHS量)
 - B : リガンドが固定化されていないNHS基量 (マスキング時に遊離したNHS量)
 - A+B : ビーズのNHS基量
- ・リガンドが塩酸塩でない場合でも固定化量が少ない場合は、トリエチルアミンを添加すると反応性を向上させることが可能。
- ・リガンドがDMFに溶けづらいときはDMSOを用いることができる。ただし、プロトコール201に沿ってHPLCでNHS量を測定する場合は、NHSとDMSOのHPLCピークが重なるため、添加するDMSOの濃度を10%までとする。

以上